



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București, ROMANIA  
Telefon: 021/ 3072.557, FAX: 021 / 3072560

Nr. 12178 /07.05.2018

**APROBAT  
MINISTRU**

**SORINA PINTEA**

**AVIZAT  
SECRETAR DE STAT**

**RODICA NASSAR**

**RAPORT**

**Ref: la acțiunea de control încrucișat pentru verificarea conformității cu prevederile legale în vigoare a normelor igienico-sanitare în unități sanitare cu paturi de stat și private, în Unități de Primiri Urgențe / Centre de Primiri Urgențe, în Unități de Transfuzii Sanguine, precum și în centrele de transfuzie sanguină județene și a municipiului București**

În perioada **12.03 – 30.03.2018** Inspecția Sanitară de Stat a organizat și coordonat acțiunea de control încrucișat pentru verificarea conformității cu prevederile legale în vigoare a normelor igienico-sanitare în unitățile sanitare cu paturi de stat și private, în Unități de Primiri Urgențe / Centre de Primiri Urgențe, în Unități de Transfuzii Sanguine, precum și în centre de transfuzie sanguină județene și a municipiului București după cum urmează:

- În cadrul acțiunii de control au fost verificate un număr de **338 unități sanitare cu paturi**. Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de **612 sancțiuni contravenționale** din care:
  - Amenzi: **387** în valoare de **327600 Ron**;
  - Avertismente: **216**
  - Decizii de suspendare a activității : **8**

Din analizele rapoartelor transmise s-au evidențiat, cu frecvență ridicată, următoarele neconformități:

- **183 (54%)** din unitățile sanitare controlate, funcționează în baza ASF, pentru care au fost elaborate **Planuri de conformare**.
- nu se asigură o stare igienico - sanitară corespunzătoare în 76 de unități controlate (pavilioane, pereți, uși, plafoane) și nu pot fi asigurate circuite funcționale corespunzătoare în 67 de spitale, (flux unidirecțional), în 17,4% din totalul de unități controlate nu se asigură o structură funcțională,

- nu se respectă numărul de paturi în secții 33 (10%) din totalul de unități controlate;
- nu se asigura echipamentele pentru tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor periculoase din incintă în 310 (92%) unități sanitare controlate;
- nu se respectă etapele sterilizării în 96 (28%) din totalul de unități controlate
- nu se asigură suprafața minimă pe pat, saloanele sunt subdimensionate/ supraaglomerate, în 107 (32%) din totalul de unități controlate,
- nu se respectă numărul grupurilor sanitare la numărul de paturi și au un grad de uzură ridicat, în 110 (32%) din totalul de unități controlate,
- nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare în 76 (22%) din blocurile alimentare, nu se respectă structura funcțională și circuitele funcționale pentru blocul alimentar, în 59 (17%) din totalul de unități controlate,
- nu se asigură apă caldă curentă în mod continuu, în 10 (3%) din totalul de unități controlate.
- nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare la biberoneri 156 (46%) din totalul de unități controlate

- În cadrul acțiuni de control au fost verificate un număr de **159 unități de primire a urgențelor /compartimentele de primire a urgențelor (UPU/CPU)**. Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de **28 sancțiuni contravenționale** din care:

- Amenzi: **22** în valoare de **13.400 Ron**;
- Avertismente: **6**

În ceea ce privește respectarea normelor igienico-sanitare în unitățile sanitare cu paturi din unitățile de primire a urgențelor /compartimentele de primire a urgențelor (UPU/CPU) din județe și municipiul București, din analiza rapoartelor și centralizarea datelor transmise s-au evidențiat, cu frecvență ridicată, următoarele neconformități:

- nu se respectă spațiul de decontaminare UPU/CPU în 83 (52%) din totalul de unități controlate,
- nu se respectă spațiile de primire/triaj a/al pacienților în 8 (5%) din totalul de unități controlate,
- nu se respectă spațiile de consultații specifice în 48 (30%) din totalul de unități controlate,
- nu se respectă spațiile destinate investigațiilor paraclinice și radiologice în 49 (31%) din totalul de unități controlate,

- În cadrul acestei acțiuni **au fost controlate un număr de 214 de unități de transfuzi sanguine (UTS)**, toate având ASF. Un număr de 3 UTS-uri nu dețin autorizație privind desfășurarea de activități specifice în domeniul transfuzional.

Numărul total de pacienți **transfuzati** a fost de **178805**, din care **politransfuzati 73557** (numărul pacienților transfuzati/ politransfuzati nu poate fi calculat cu exactitate deoarece unele unități sanitare nu dispun de un sistem informatizat)

Din analizele rapoartelor transmise s-au evidențiat următoarele:

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de **36 sancțiuni contravenționale** din care:

- Amenzi: **15** în valoare de **15.900 lei**;

- Avertismente: **20**
- Decizii de suspendare a activității : **1**

**În ceea ce privește respectarea conformității unităților de transfuzii din spitale**, din rapoartele transmise s-au evidențiat, printr-o frecvență ridicată, următoarele neconformități:

- 11 % din frigidere și congelatoare din dotarea UTS-urilor nu dispun de sisteme de alarmă vizuală și auditivă,
  - 29 % din frigidere și congelatoare din dotarea UTS-urilor nu dispun de monitorizare automată a temperaturi,
  - 21 % din unitățile controlate, au în dotare genți de transport neomologate pentru sânge și componente sanguine,
  - 45 % din unitățile controlate nu au raportat reacții adverse/ incidente post-transfuzionale, conform OMS nr.1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de componente sanguine umane,
- **În cadrul acestei acțiuni au fost controlate un număr de 41 Centre de Transfuzi Sanguină (CTS)**, din rapoartele transmise s-au evidențiat, printr-o frecvență ridicată, următoarele neconformități
- aparatura este foarte veche și insuficientă;
  - nu se asigură generator electric pentru situațiile de întrerupere a furnizării energiei electrice, existând riscul discontinuității în asigurarea lanțului frig pentru sange și produsele labile din sânge
  - nu se respectă prevederilor Regulamentului (CE ) nr.528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
  - nu se respectă circuitelor functionale, sunt necesare lucrări de renovare, amenajare și igienizare (faianta cazuta, pereti degradati, tencuiala cazuta, tocarie de lemn degradata, etc)
  - este necesară dotarea cu mobilier;
  - sunt necesare montarea de dispensere pentru dezinfectanți , precum și montarea de suport prosoape de hârtie;
  - exista deficit acut de personal auxiliar și medical;

Legislația în domeniul sănătății publice și în domeniul protecției mediului și apelor uzate are prevederi legate de obligativitatea **conformării stațiilor de tratare a apelor uzate** din unitățile sanitare.

În cadrul acțiunii de control au fost efectuate verificări legate de modalitatea de tratare a apelor uzate, respectiv dacă:

- unitatea sanitară este conectată direct la rețeaua publică de canalizare
- unitatea sanitară nu este conectată la rețeaua publică de canalizare - pretratarea apelor uzate

În cazul în care unitatea sanitară deține stație de epurare ape uzate, inspectorii sanitari au verificat dacă sunt respectate condițiile impuse în autorizația de mediu, dacă este respectată frecvența de analizare a indicatorilor de calitate a apelor uzate, dacă există buletine de analiză și dacă indicatorii de calitate ai apelor uzate se încadrează în limitele maxime admisibile conform NTPA-002/2002.

Neconformități identificate de inspectorii sanitari:

- în 63 din unitățile sanitare din totalul controlat nu există sisteme de evacuarea apei uzate
- în multe unități sanitare nu există stații de tratare apă uzată, termenele stabilite pentru achiziționarea/construirea acestora fiind foarte variate și cuprinse între trim.IV 2017 și trim. IV 2020;
- în unele cazuri stațiile de tratare apă uzată sunt incluse în autorizațiile sanitare de funcționare și în planurile de conformare;
- în 63 din unitățile sanitare nu există sisteme de neutralizare/dezinfecție a apelor uzate sau separatoare de grăsimi pentru apele uzate provenite de la blocul alimentar și/sau de la spălătoria unității;
- s-au înregistrat depășiri ale indicatorilor microbiologici peste limitele prevăzute;
- nu se efectuează determinări ale indicatorilor de calitate ai apei uzate (determinari fizico-chimice și/sau determinări microbiologice).

**În ceea ce privește respectarea conformității produselor biocide în unitățile sanitare cu paturi**, precizăm că au fost identificate produse biocide cu neconformități de etichetare pentru care s-au dispus acțiuni de verificare la producătorii de biocide / deținătorii de avize / distribuitori în vederea remedierii acestora. Totodată, inspectorii sanitari au identificat deficiențe privind pregătirea și utilizarea produselor biocide.

Precizăm că toate neconformitățile constatate și consemnate în procesele verbale sunt în afara acelor menționate în planurile de conformare. Pentru acestea din urmă inspectorii sanitari nu pot prescrie termene sau să aplice sancțiuni contravenționale. În fapt condițiile precare din unitățile sanitare se datorează în parte și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin neimplicarea și prin acceptul acestora de a elibera anual ASF cu planuri de conformare în care sunt preluate toate măsurile care nu se duc la îndeplinire și fără a verifica situația de fapt a unităților sanitare.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea conformității unităților sanitare cu paturi și vor efectua recontoale la unitățile sanitare cu paturi la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

În vederea informării populației, vă rugăm să aprobați postarea raportului, pe site-ul Ministerului Sănătății la capitolul "Inspekția Sanitară de Stat Rezultatele Controalelor "

Cu stimă,

**ȘEF SERVICIU**  
**Dr. Simona PÂRVU**